

Producto: <i>Product:</i>	CAMA ARTICULADA PARA USO HOSPITALARIO
Modelo: <i>Model:</i>	HiTech
Nº de serie: <i>Serial number:</i>	----
Fabricante: <i>Manufacturer :</i>	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L. C/ Los Ángeles, 5 Polígono industrial Centrovía 50198 La Muela, Zaragoza (España)
Peticionario: <i>Applicant :</i>	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.
Descripción del producto: <i>Product description:</i>	Cama de hospital articulada. Entornos de utilización 1, 2, 3 y 5. Protección contra choques eléctricos: Clase I, tipo B.
Norma(s) de referencia: <i>Standard(s):</i>	EN 60601-2-52:2010 UNE-EN 60601-1:2008+Erratum 2008 +Corr 2010 +A11:2012 +AC:2014
Código de informe emitido: <i>Test report number:</i>	C/16354611
Fechas de ensayo: <i>Dates of testing:</i>	Del 9/01/17 al 20/01/17
Resultado: <i>Summary:</i>	Cumple

El Laboratorio Eléctrico del Instituto Tecnológico de Aragón tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.

The Electrical Laboratory of the Technological Institute of Aragon has introduced a quality management system according to UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.

Nota: Los resultados contenidos en este documento se refieren al producto y a los ensayos contemplados en el informe emitido.

Note: The results contained in this document are referred to the product and testings as specified in the issued report.

Fecha de emisión:
Date of issue:

21 de Enero, 2017

Signatario autorizado:
Authorized signatory:

Miguel Trallero Ferrer
Dirección técnica laboratorio
Technical management laboratory

